

Pytania i odpowiedzi

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w zapytaniu ofertowym na zadanie:
„Dostawa materiałów opatrunkowych dla Domu Pomocy w Strzelcach Op. z filią
w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8”.

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy informuje, że wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o odpowiedź dotyczącą załącznika 2 punkt 5 jaka ilość sztuk?

Odpowiedź:

Winno być plaster na rolce papierowy 2,5cmx5m - 30szt

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 1punkt 19 i 20 plastry polovis plus 5cmx10m x5szt, plastry polovis plus
2,5cmx10m (tutaj nie ma długości 10m tylko 5m)

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść poz. nr 19:
winno być plastry Polovis Plus 5cmx5m - 10szt

Zamawiający zmienia treść poz. nr 20:
winno być plastry Polovis Plus 2,5cmx5m - 20szt

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający wydzielili do osobnego Pakietu produkt z Załącznika 1 poz. 6 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar
złożonego gazika: 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, 9 warstw, pakowane pojedynczo
w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający wydzielili do osobnego Pakietu produkt z Załącznika 1 poz. 7 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar
złożonego gazika: 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, 9 warstw, pakowane pojedynczo
w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający wydzielili do osobnego Pakietu produkt z Załącznika 2 poz. 4 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar złożonego gazika: 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika 3 poz. 4 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika: 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika: 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 1 - Poz. 12 czy Zamawiający dopuści produkt równoważny innego producenta (DiscoSpike)

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 1 –poz. 19 i 20 Czy Zamawiający dopuści plastry Plastovis o długości 9,14m

Odpowiedź:

Nie - odpowiedź w pytaniu nr 2

Pytanie nr 9:

Załącznik nr 2 - poz. 2 i 3 - Czy Zamawiający zgadza się na kompresy jałowe pakowane po 3szt z przeliczeniem na pełne opakowania?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 11:

Załącznik nr 2 - Czy zamawiający dopuści plastry o szerokości 2,5cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 12:

Załącznik nr 2 - Czy Zamawiający zgadza się na kieliszki pakowane po 90szt

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 13:

Załącznik nr 2 -Czy zamawiający miał na myśli strzykawkę o pojemności 10ml?

Odpowiedź:

Tak - strzykawka o pojemności 10ml

Pytanie nr 14:

Załącznik nr 3- Czy zamawiający zgadza się na plaster równoważny - Nonviplast?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 15:

Czy zamawiający dopuści plaster Plastovis (Matopat) o takich samych parametrach?

Odpowiedź:

Nie

Wszystkie pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

Z upoważnienia
Dyrektora
Renata Kurka
Renata Kurka