

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Strzelcach Opolskich; ul. Strażacka 8
z filią w SZYMISZOWIE i filią w LEŚNICY
tel./fax 77 461 3480; 77 462 1512
REGON 000310491; NIP 756-10-53-658

Strzelce Op., dnia 22.10.2019r.

DPS.3171.ZP.261.2019

Pytania i odpowiedzi

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w zapytaniu ofertowym na zadanie: „Zakup i dostawa lasera do rehabilitacji średnioenergetycznego BTL 4110 smart - 1szt Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. filia Szymiszów ul. Strzelecka 2”.

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy informuje, że wpłynęło następujące pytanie:

:

Pytanie nr 1:

W załączeniu przesyłam folder urządzenia ze strony producenta i mam pytanie czy chodzi Państwu o urządzenie BTL – 4110 SMART z akcesoriami (okulary 2szt, sonda IR400mW, akumulator)? Jego parametry się różnią od tych wypisanych przez Państwa. Proszę o informację, czy dopuszczą Państwo takie urządzenie jak w podanym opisie.

Odpowiedź nr 1:

W charakterystyce aparatu BTL 4110 smart jest:

- w punkcie 1.12 wymiary: 160x140x350mm
- winno być 380x190x260mm

Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza do przedmiotu zamówienia również laser BTL 4110 PREMIUM.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Otrzymują:

1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch