

Strzelce Op. dnia 19.08.2024r.

DPS.2135.ZP.180.2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy informuje, że wpłynęło następujące pytanie:

„Dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacem łącznie z montażem dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka ze sterowaniem za pomocą siłowników elektrycznych niemieckiej firmy Dewert?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżka ze sterowaniem za pomocą siłowników elektrycznych niemieckiej firmy Dewert.

Wszystkie pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnic
mgr Jolanta Osuch